

## 令和4年度 青臨技精度管理調査

### 輸血細胞治療部門 解答速報

・試料

	検査結果				準備する血液製剤		
	ABO血液型	RhD血液型	不規則抗体検査	抗体名	ABO血液型	RhD血液型	その他の血液型
試料1	A	RhD陽性	陽性	抗E	A	RhD陽性	E陰性
試料2	O	RhD陽性	陽性	抗Fy <sup>b</sup>	O	RhD陽性	Fy <sup>b</sup> 陰性

・フォトサーベイ

	オモテ検査			ウラ検査			RhD検査		ABO判定	RhD判定
	抗A	抗B	判定	A1赤血球	B赤血球	判定	抗D	コントロール		
写真1	4+	0	A	0	2+	A	4+	0	A型	D陽性
写真2	0	mf	判定保留	4+	0	B	4+	0	判定保留	D陽性

※写真1は自施設の再検基準が2+以下の場合は『ウラ検査判定』及び『ABO判定』が『判定保留』でも正解とする。